

IMPACTA CALIBRAÇÃO**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO nº: 4007/20**

Cliente: Impacta Calibração
Endereço: Rua Dr. Washington Luiz, 556, Jardim Santa Francisca – Guarulhos/SP
Calibrado em: 13/02/2020
Próxima cal: 02/2025

1. OBJETO DE CALIBRAÇÃO

Instrumento: Micrômetro
Faixa Nominal: 0 – 25 mm
Menor divisão: 0,01 mm
Fabricante: Mitutoyo

Série: N/C
Identificação: I019
Localização: N/C
Sub-local: N/C

2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 20°C Umidade: 50% Local da calibração: Impacta

3. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

IM 001 revisão 0

4. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Identificação	Material	Certificado	Orgão	Validade
I 092	Jogo de Bloco Padrão	01093/17	Mitutoyo/RBC	Março/2022

5. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor verdadeiro convencional	Valor indicado no instrumento	Desvio	(k)	Incerteza expandida 95%	Incerteza total
mm					
0,000	0,00	0,000	2,00	0,000	0,000
2,500	2,50	0,000	2,00	0,000	0,000
10,300	10,30	0,000	2,00	0,000	0,000
15,000	15,00	0,000	2,00	0,000	0,000
25,000	25,00	0,000	2,00	0,000	0,000

6. NOTA:

A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza da medição multiplicada pelo fator **k**, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95%.

Responsável técnico:
Jean Carlos da Silva



Proibida a reprodução parcial deste certificado. Os resultados referentes a este certificado referem-se somente ao item calibrado.