

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO nº: 0924/21

Cliente: Impacta Calibração.
Endereço: Rua Dr. Washington Luiz, 556 – CEP: 07013-020 – Guarulhos - SP
Calibrado em: 15/02/2021
Próxima cal: 02/2025

1.OBJETO DE CALIBRAÇÃO

Instrumento:	Anel Liso Padrão	Série:	N/C
Faixa Nominal:	3 mm	Identificação:	I-124
Menor divisão:	N/A	Localização:	Laboratório
Fabricante:	Interno	Sub-local:	N/C

2.CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 20°C **Umidade:** 50% **Local da calibração:** Impacta

3.PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

IM 001 revisão 0

4. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Identificação	Material	Certificado	Orgão	Validade
I 090	Máquina de Medição Universal	Nº 52-022909-20	Limetro	09/2024

5. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor verdadeiro convencional (s)	Valor indicado no instrumento	Desvio	(k)	Incerteza expandida 95%	Incerteza total	IT (%) Encontrado
Eixo " X "						
3	2,9997	0,000	2,00	0,001	0,001	0,04%
Eixo " y "						
3	2,9996	0,000	2,00	0,001	0,001	0,05%

6. NOTA:

A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza da medição multiplicada pelo fator **k**, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95%.

Responsável técnico:
Jean Carlos da Silva



Proibida a reprodução parcial deste certificado. Os resultados referentes a este certificado referem-se somente ao item calibrado.