

O.S.: 00836/20-14

**CALIBRATEC®****Laboratório de Metrologia Dimensional**

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a Norma NBR ISO/IEC 17025 sob nº 114

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 06806-20-DI/SP

1. **Contratante:** IMPACTA INSTRUMENTAÇÃO EIRELI
Rua Doutor Washington Luiz, 556 - Guarulhos / SP

PADRÃO VALIDO ATE 03/27

1.1 **Solicitante:** O mesmo

2. Descrição**Calibrador Anel Liso Cilíndrico**

Identificação: I058

Série: s/nº

Marca: Digimess

Valor Nominal Ø 29,9988

mm

3. Método Utilizado**3.1 Procedimentos:**

Calibração realizada com base em nossa instrução de processo IPR-079 revisão 03, onde o instrumento foi montado na máquina de medir longitudinal e dimensionado na altura central, e em duas posições 0º e 90º onde o ponto 0º é paralelo a inscrição do instrumento, executando-se 03 (três) ciclos de medição.

3.2 Norma de referência: NF E11-012**4. Padrão Utilizado / Periodicidade**

Máquina de medir longitudinal

Identificação: MML-01

certificado nº 37367-19-DI/SP - Calibratec Validade: dezembro-20

Calibrador anel liso cilíndrico

Identificação: AP-36

certificado nº DIMCI 1177/2018 - Inmetro Validade: setembro-22

5. Incerteza das Medições

U = Incerteza expandida.

A incerteza expandida relatada, é declarada em uma incerteza padrão de medição, multiplicada por um fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com (Veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de aproximadamente 95%, de acordo com EA 4/02.

6. Condições Ambientais Iniciais

Temperatura: 20,0° C / Umidade: 49%

Condições Ambientais Finais

Temperatura: 19,9° C / Umidade: 49%

Data do Recebimento: 05/03/2020 Data da Calibração: 11/03/2020 Data da Emissão: 12/03/2020

Vanderlei Garcia
Técnico Signatário

Só não medimos esforços!

O.S.: 00836/20-14

**CALIBRATEC®****Laboratório de Metrologia Dimensional**


Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a Norma NBR ISO/IEC 17025 sob nº 114

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 06806-20-DI/SP**7. Resultados da Calibração**

DIÂMETRO ENCONTRADO				
POSIÇÃO 1				
	VALOR MÉDIO	U	k	Veff
	(mm)	(mm)		
ALTURA A	29,9983	0,0006	2,00	100

POSIÇÃO 2				
	VALOR MÉDIO	U	k	Veff
	(mm)	(mm)		
ALTURA A	29,9985	0,0006	2,00	100

VALOR MÉDIO ENCONTRADO Ø	29,9984	mm		
--------------------------	---------	----	--	--



Este certificado atende aos requisitos da acreditação CGCRE, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade à padrões nacionais de medida. (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI). Os resultados deste certificado são válidos exclusivamente para o instrumento calibrado descrito, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer outros, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução parcial deste certificado.

f

CALIBRATEC LTDA.

- ▶ R. Tenente Pena, 71/73 - Bom Retiro - CEP 01127-020 - São Paulo - SP
- ▶ Fone: (11) 3133-0700 | www.calibratec.com.br - E-mail: calibratec@calibratec.com.br