

Certificado: 2476/25
Cliente: Impacta Calibração
Endereço: Rua Dr. Washington Luiz, 556 CEP-07013-020 Guarulhos - SP

1. OBJETO DE CALIBRAÇÃO

Instrumento: Ponta de Alta Tensão
Faixa Nominal: 23 KV (AC)
Menor Divisão: N/C
Fabricante: Instrutherm
Identificação: I-125
Série: PPA-4404
Localização: N/C
Posição: N/C

Calibrado em: 17/06/2025
Validade: 06/2027

2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 20°C **Umidade:** 50% **Local da calibração:** impacta

3. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

IM 001 revisão 0

4. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Identificação	Material	Certificado	Órgão	Validade
I 066	Alicate Amperímetro Digital	RI 5358/24	Socintec	abril, 2029
I 107	Multímetro Digital	RI 5525/22	Socintec	outubro, 2027

5. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor verdadeiro convencional	Valor indicado no instrumento	Desvio	(k)	Incerteza expandida 95%	Incerteza total
V					
1250	1240,000	-10,00000	2,00	0,3000	10,3000
2500	2526,000	26,0000	2,00	0,0800	26,0800
5000	5037,000	37,0000	2,00	0,0007	37,0007

6. NOTA:

A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza da medição multiplicada pelo fator **k**, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95%.

Responsável Técnico:

