

Certificado: 4012/25
Cliente: Impacta Calibração
Endereço: Rua Dr. Washington Luis, 556 Jardim Santa Francisca- Guarulhos/SP

1. OBJETO DE CALIBRAÇÃO

Instrumento:	Micrometro	Calibrado em:	10/02/2025
Faixa Nominal:	0-25 mm	Validade:	02/2030
Menor Divisão:	0,01mm		
Fabricante:	Mitutoyo		
Identificação:	I 019		
Série:	S/N		
Localização:	N/C		
Posição:	N/C		

2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 20°C Umidade: 50% Local da calibração: impacta

3. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

IM 001 revisão 0

4. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Identificação	Material	Certificado	Órgão	Validade
I092	Jogo de Bloco Padrão	D3846/22	Feinmess	Março/2027

5. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor verdadeiro convencional	Valor indicado no instrumento	Desvio	(k)	Incerteza expandida 95%	Incerteza total
mm					
0,000	0,00	0,000	2,00	0,0000	0,0000
2,500	2,50	0,000	2,00	0,0000	0,0000
10,300	10,30	0,000	2,00	0,0000	0,0000
15,000	15,00	0,000	2,00	0,0000	0,0000
25,000	25,00	0,000	2,00	0,0000	0,0000

6. NOTA

A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza da medição multiplicada pelo fator k , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95%.

Responsável Técnico:

